



BIAQ - 2218

手持式空氣品質監測儀

量測成分：TVOC/O₃



產品規格

規格	
量測範圍	TVOC : 0 ~ 50 ppm O ₃ : 0 ~ 2 ppm
解析度	TVOC : 0.01 ppm O ₃ : 0.01 ppm
尺寸	265 x 142 x 66 mm
重量	530 g
暖機時間	600 sec
記錄間隔	每分鐘一筆
使用環境溫度	0 ~ 45 °C
使用環境相對濕度	0 ~ 90%RH

製造商: 貝爾特科技有限公司(台灣)
電話: 03-5822099
傳真: 03-5830389
網址: <http://www.belltone.com.tw>

Manufacturer: Belltone Technology Co., Ltd.
Tel:+886-3-5822099
Fax:+886-3-5830389
Web site: <http://www.belltone.com.tw>

產品尺寸和規格如有變更，恕不另行通知

Belltone Technology Co., Ltd.
貝爾特科技版權所有 翻印必究

室內空氣品質標準

民國 101 年 11 月 23 日行環境部環署空字第 1010106229 號令訂定

項目	標準值		單位
二氧化碳 (CO ₂)	八小時值	— 0 0 0	ppm (體積濃度百萬分之一)
一氧化碳 (CO)	八小時值	九	ppm (體積濃度百萬分之一)
甲醛 (HCHO)	一小時值	0.0 八	ppm (體積濃度百萬分之一)
總揮發性有機化合物 (TVOC, 包含：十二種揮發性有機物之總和)	一小時值	0.5 六	ppm (體積濃度百萬分之一)
細菌 (Bacteria)	最高值	— 5 0 0	CFU/m ³ (菌落數/立方公尺)
真菌 (Fungi)	最高值	— 0 0 0。但真菌濃度室內外比值小於等於一。三者，不在此限。	CFU/m ³ (菌落數/立方公尺)
粒徑小於等於十微米 (µm) 之懸浮微粒 (PM ₁₀)	二十四小時值	七五	µg/m ³ (微克/立方公尺)
粒徑小於等於二.五微米 (µm) 之懸浮微粒 (PM _{2.5})	二十四小時值	三五	µg/m ³ (微克/立方公尺)
臭氧 (O ₃)	八小時值	0.0 六	ppm (體積濃度百萬分之一)